PSG

SENSOR DE TEMBLOR



UMDNS 11485

Descripción

Spes Medica ofrece una amplia gama de transductores para polisomnografía.
Nuestros sensores se caracterizan por una excelente precisión de la señal y una máxima durabilidad.
Se suministran de serie con un cable de 200 cm de longitud y un conector DIN 42802 a prueba de contacto.
Disponible en diferentes configuraciones.
El sensor está diseñado para registrar los movimientos temblorosos de las manos, dedos y brazos del paciente.
Está diseñado para conectarse a un polígrafo u otro amplificador de alta impedancia de entrada.
La señal eléctrica se genera mediante un elemento piezocerámico.

Comodidad;
Máxima durabilidad.

Different configurations available on request

Materiales	Sensor	Piezoelettric
	Recubrimiento de electrodos	PVC
	Cable conductor	Cu/Ag with PVC jacket
	Conexión	CuZn/Au with PE jacket
	Embalaje	PE
Seguridad	Biocompatibilidad *(UNI EN ISO 10993)*	Yes
	Latex	No
	Phthalates	No
Especificaciones	Código genérico	TREMXXXXX
	Dimensión del electrodo	29X12 mm
	Longitud del cable	From 0 to 300 cm
	Conector	A prueba de contacto DIN 42802
Especificaciones Técnicas	Amplitud de la señal	400 mV pico a pico *(la amplitud de la señal puede variar según la ubicación del sensor, los movimientos del cuerpo, la magnitud de las vibraciones y la configuración del dispositivo)*
	Impedancia de salida	1,2 Mohm DC (static)
	Limpieza y desinfección	Limpiar con alcohol o solución de los materiales desinfectantes normalmente utilizados en Hospital diluidos al 2%, utilizando un bastoncillo de algodón húmedo. **NO SUMERJA EL SENSOR NI LOS CONECTORES EN NINGÚN LÍQUIDO**
Ambiente	Condiciones de Almacenamiento	Temperatura menor o igual 25° C, protegido de la luz y Humedad controlada
	RoHS II	
	REACH	✓